

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, सोलापूर

पाणी गुणवत्ता शाखा

जिल्हा परिषद, सोलापूर. ४१३ ००१. Email ID- waterquality.solapur1@gmail.com

जा.क्र./जिपमो/जिपास्वामिक/पागुक/ 393 /२०२२

दि. 18/08/२०२२

प्रति,


विषय:- शासनाचे निकषानुसार जैविक FTK किटसचे दराबाबत

संदर्भ :- १. मा. प्रकल्प संचालक, जल जीवन मिशन, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई
यांचेकडील पत्र क्र. जर्जाम/रा. पा. स्व. मि/ पागुशा०७१९/प्र. क्र. १०/२०२२/९२६, दि. २७/०६/२०२२
२. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सोलापूर यांचेकडील मंजूर टिपणी दि. १२/८/२०२२

उपरोक्त संदर्भाकित विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा परिषद, सोलापूर येथे पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता तपासणीकरिता आवश्यक १७७१२ जैविक फिल्ट्र टेस्ट किटसची आवश्यकता असून खाली नमुद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद, सोलापूर येथे पुरवठा करावयाचे आहेत.

Sr.No	Particulars	Bacteriological FTK Specification
	TYPE:	H2S Vials
A	Generic	
1	Sterelized	Yes
2	Features	Durable, Easy to Use, High Efficiency, Portable
3	Test Type	Indicative Type (Presence/ Absence)
4	Bottle Materials	Neutral Glass
5	Application	To check Portability of Drinking water Bacteriologically
6	Use Type	Single Use
7	Packeging Type	Box
8	Appearance	Light Yellow to Yellowish brown
9	Media Type	In the form of Powder or Strips
B	Performance Parameter	
1	Ambient Temperature (max)	45 degree Celsius
2	Incubation Time Period	24-48 Hours
3	Ambient Temperature (Min)	25 degree Celsius
C	Marketing	
1	Marketing	Direction for use (Coloured SOP in Marathi and English Language)
D	Warranty /Service	18 Months
1	Shelf Life	18 Months
E	Certifications And Standards	
1	ISO Certification with certificate details	Mandatory
F	Test Reports	Batch wise Test Report required latest certification of product & quality testing report (Test report not older than 2 years)

तरु आपण उपरोक्त नमुद केलेल्या निकषानुसार १७७१७ FTK किटस पुरवठेसाठी सर्व करांसाहित आपलेकडील स्पर्धात्मक दर नमुद करून दि. २६/८/२०२२ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत पुढील ईमेल आयडी - waterquality.solapur1@gmail.com वर अथवा प्रत्यक्ष बंद लिफाफ्यात जिल्हा परिषद, सोलापूर येथे पोहोच करणेची कार्यवाही करावी. तसेच तदनंतर प्राप्त होणा-या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पाणी व स्वच्छता
जिल्हा परिषद सोलापूर